

# XIII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 9

laboratoř	kód	imunofluorescence	POPIS	neimunofluorescence	VÝSLEDEK
10	I		jiný obraz fluores. ANA - jemně zrnitá		
11	H		ANA pozitivní - homogenní (p-ANCA?)		
12	G		jiný obraz ANA pozitivní, typ homogenní	ELISA	anti-PR3 negativní anti-MPO negativní
13	F		jiný obraz ANA pozitivní	ELISA	MPO, PR3 negativní
14	E		jiný obraz ANCA etanol+jádro, formalin-, ANF+, jemne zrn.(ANCA-)	ELISA	negativní
15	D		jiný obraz ANF pozit. velmi jemne zrnita fluorescence jader		
16	C	pANCA	imunofluorescence pozitivní typ P		jiný test ELISA ( MPO, PR3 negativní ), ANA pozitivní, celkový výsledek ANCA negativní
17	B		jiný obraz ANA - jemně zrnitý		
18	A	pANCA	jiný obraz ANA homogenní, GS-ANA ++	ELISA	MPO, PR3 negativní
19	I		jiný obraz Atypická p-ANCA - GS-ANA		
20	H		jiný obraz ANA +++	ELISA	
21	G		jiný obraz HEp-2: ANA+, typ zrnitý		jiný test PR3<0,2 MPO<0,2 cut-off=1
22	F		et+jádra gr., f., Hep2 jemná zrnitá		ANCA-
23	E		jiný obraz ANA zrnitý jemný(++)	blot	pANCA(-), cANCA(-)
24	D		ANCA negativní, HEp-2 jemně zrnitá fl.	ELISA	MPO i PR3 negativní
25	C			ELISA	pANCA 0,05 negativní cANCA 0,06 negativní
26	B		jiný obraz GS-ANA		
27	A		jiný obraz Negativní ANA-Homogenní	ELISA	Negativní
28	I		negativní ANCA, pozitivní ANA homogenní	ELISA	negativní
29	H		jiný obraz ANA-homogenní		
30	G		jiný obraz pozitivní ANA, typ fluorescence zrnitý	ELISA	negativní
31	F		negativní	blot	poz. anti-SSA/Ro52 poz. anti-SSA/Ro60, poz. anti-SSB/La
32	E		jiný obraz A-ANCA, na HEp-2 jemně zrn. ANA s chromat. ploténkami		
33	D		jiný obraz ANA poz. (jemná skvrnitá >1:80, hpm. 1:10), ANCA neg.	ELISA	negativní (MPO, PR3, atypické)
34	C		jiný obraz ANA ++++ homogénny		
35	B		jiný obraz ANA pozit 2+speckled		
36	A		jiný obraz Hep2: homog. jádro, jadierka negat., chromat. platnička	ELISA	MPO, PR3 negat.
37	I		jiný obraz ANA 1:100, pozit., homogenna jadrová, negat. jadierka		
38	H		jiný obraz HOMOG		
39	G			ELISA	negativní MPO, PR3
40	F			blot	aPR3 negat. aMPO negat.
41	E			ELISA	Negat.
42	D				
43	C			blot	-
44	B		jiný obraz Výrazná ANA(zrnitá)		
45	A		ANA : Homogénne jádro s negativným jadierkom ANCA : negat	ELISA	ELISA anti MPO, PR3 negat
46	I		negativní (ANA pos. - jemně zrnitá jaderná)		negativní
47	H		jiný obraz jiný obraz-zrnitá fluorescence jádra(titr 400)	ELISA	negativní
48	G		jiný obraz +++ jemně zrnitá ANA 1:3200, ++ homogenní 1:1000	ELISA	jiný test ENA SSA ++, PR3 neg, Laktoferin neg, MPO neg, Elastaza neg, Catepsin neg, BPI neg
49	I		jiný obraz pozit ANA (jemná zrnitá fl. -SSA nebo SSB?)		