



Prohlášení o shodě

Jméno výrobce: HTZ Limited
Adresa výrobce: Vulcan Way
New Addington
Croydon
CR0 9UG
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1689 843345
Fax: +44 (0) 1689 841792

Typ zařízení: **Dilutor**
Model: **Compudil 300**

Tímto potvrzujeme, že výše uvedený přístroj splňuje základní požadavky následujících směrnic:

- Elektromagnetická kompatibilita, Směrnice 89/336/EHS,
- Směrnice o nízkém napětí 73/23/EEC

Při testování byly použity následující EMD standardy:

- | | |
|--|---------------|
| • Harmonické frekvence | EN 61000-3-2 |
| • Kolísání flikru v rozvodných sítích | EN 61000-3-3 |
| • Test odolnosti - ESO | EN 61000-4-2 |
| • Test odolnosti proti záření | EN 61000-4-3 |
| • Elektrické přechodné jevy/test odolnosti proti roztržení | EN 61000-4-4 |
| • Test odolnosti – Zkouška RF | EN 61000-4-6 |
| • Test odolnosti - Přepětí (AC Power Port) | EN61000-4-5 |
| • Test odolnosti – Výpadky a přerušení napětí | EN 61000-4-11 |
| • Vedené a vyzařované emise | EN 55022 |

Při testování byly použity následující normy bezpečnosti výrobků:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • Všeobecné bezpečnostní požadavky | EN 61010-1:2001 |
|------------------------------------|-----------------|

Podpis: *nečitelný podpis*

Jméno: Neil Woodmansey
Pozice: Ředitel společnosti
Datum: květen 2007